

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 197 del 15/06/2020

Oggetto: Affidamento degli interventi propedeutici alla installazione di un nuovo mammografo, da svolgersi presso il Centro di Medicina Preventiva, sito in Via Rolando Vignali n. 56, Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019;
2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino giuridico e amministrativo e contabile dell'Istituto assicurando continuità alla gestione commissariale e garantendo l'efficientamento dei servizi erogati;
3. Considerati i contenuti del Piano industriale 2020-2022 agli atti;
4. Considerata la centralità e l'economicità di provvedere alla sostituzione di un nuovo mammografo presso il Centro di Medicina Preventiva, sito in Via Rolando Vignali n. 56 anche al fine di più efficacemente sostenere la fase di riavvio dell'attività sanitaria come prevista nel Piano industriale;
5. Considerata la preventiva necessità che la sostituzione sia preceduta da interventi volti:
 - a) alla verifica dell'idoneità con eventuale sostituzione della linea di alimentazione elettrica, nonché delle prese per il collegamento telematico del sistema digitale;
 - b) alla verifica della portata del solaio nella zona radiologia;
6. Considerato che in data 27/05/2020 è stata quindi avviata una indagine di mercato alla quale sono state invitate le seguenti tre ditte, presenti sul MEPA e/o nell'Albo Fornitori dell'Istituto, sulla base di specifiche schede tecniche appositamente predisposte:
 - a) TECNICA MP, in atti CS 3697 del 09/06/2020;
 - b) MICOR SRL, in atti CS 3698 del 09/06/2020;
 - c) INDAGINI STRUTTURALI SRL, in atti CS 3699 del 09/06/2020;
7. Rilevato che le tre ditte invitate hanno tutte formulato la propria offerta per gli interventi

richiesti:

- a. INDAGINI STRUTTURALI, in atti CS 3700 del 09/06/2020: € 2.800,00 IVA esclusa per la sola parte riguardante la verifica della portata del solaio della zona radiologia;
- b. TECNICA MP, in atti CS 3701 del 09/06/2020, € 4.400,00 IVA esclusa per la sola parte riguardante la verifica della portata del solaio della zona radiologia;
- c. MICOR SRL, in atti CS 3702 del 09/06/2020, € 6.500,00 IVA esclusa per entrambi gli interventi richiesti, così suddivisa:
 - quanto ad € 2.800,00 IVA esclusa per la parte riguardante la verifica della portata del solaio della zona radiologia;
 - quanto ad € 3.700,00 IVA esclusa, per la parte riguardante la verifica di idoneità con eventuale sostituzione della linea di alimentazione elettrica, nonché delle prese per il collegamento telematico del sistema digitale;
8. Rilevato che con successiva integrazione (in atti CS 3912 del 12/06/2020) il soggetto Indagini Strutturali s.r.l. ha confermato l'impegno a produrre specifica relazione (a firma di un tecnico abilitato) utile ad indicare il carico massimo applicabile del solarario in condizioni di sicurezza allo stato attuale del solaio dove verrà posizionato il nuovo mammografo;
9. Preso poi atto che la ditta Micor Srl, con successiva integrazione (in atti CS 3911 del 12/06/2020), ha rimodulato la propria offerta come di seguito specificato:
 - quanto alla verifica della portata del carico massimo applicabile in condizioni di sicurezza nella zona radiologia ha dichiarato che la propria offerta non comprende una relazione a firma di un tecnico abilitato, così come invece richiesto dall'Istituto;
 - per la parte riguardante l'offerta della linea di alimentazione elettrica e del collegamento telematico digitale ha riformulato l'offerta proponendo un importo di € 4.200,00 IVA esclusa, rispetto ad € 3.700,00 IVA esclusa proposti in un primo momento;
10. Preso atto del positivo parere del consulente tecnico (in atti CS 3913 del 12/06/2020);
11. Preso atto che nel medesimo parere l'offerta della ditta MICOR Srl è stata ritenuta non recepibile;

12. Verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa mediante acquisizione agli atti del DURC e la verifica mediante Infocamere della regolare iscrizione presso la CCIAA di Roma del fornitore Indagini strutturali.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni che qui si intendono completamente integrate:

- a) di affidare alla ditta Indagini strutturali SRL, con sede in Via Guido de Ruggiero 5 – Roma, Partita IVA e Codice Fiscale 09316841007, la verifica della portata del carico massimo applicabile in condizioni di sicurezza nella zona radiologia del Centro di Medicina Preventiva, sito in Via Rolando Vignali n. 56, Roma, inclusa la relazione a firma di un tecnico abilitato, che attesti e certifichi l'effettiva portata massima di carico, per l'importo totale di € 2.800,00 oltre IVA pari ad € 616,00 per un importo complessivo di € 3.416,00 IVA compresa;
- b) di procedere alla stipula del contratto con la società Indagini strutturali SRL mediante piattaforma telematica MEPA-Acquisti in rete;
- c) di impegnare la somma di € 3.416,00 IVA compresa che grava il capitolo 02.04/01.01 del bilancio preventivo 2020;
- d) di procedere con una nuova specifica indagine di mercato per la parte della linea di alimentazione elettrica e del collegamento telematico digitale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario

Prof. Fabio Serini

Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell'impegno di spesa:

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio Preventivo
02.04/01.01	2000156	3.416,00	2020

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione.

Lì, 15/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Commissario Straordinario
Prof. Fabio Serini