

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 72 del 25/02/2021

Oggetto: impegno fondi per l'intervento tecnico per la riparazione del defibrillatore ZOLL serie M BIFASE (matricola TG06G81631) in uso presso il PPI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03 agosto 2020;
2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino giuridico e amministrativo e contabile dell'Istituto assicurando continuità alla gestione commissariale e garantendo l'efficientamento dei servizi erogati;
3. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022;
4. Vista la Determinazione Commissariale n. 440 del 31 dicembre 2020 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA;
5. Richiamata la Determinazione Commissariale n. 39 del 14/02/2020 con la quale si affidava alla Nicogen srl la verifica funzionale dei defibrillatori in uso presso il PPI, tra i quali lo ZOLL serie M Bifase 200 Joule Max (matricola TG06G81631) per l'aggiornamento delle linee guida, la verifica funzionale, il test di sicurezza elettrica oltre eventuali interventi a consuntivo;
6. Preso atto che, all'esito del controllo, il fornitore Nicogen srl ha rilevato la necessità della sostituzione del sensore SpO2, del cavo LNCS e delle batterie al litio presenti nel suddetto defibrillatore, formulando il consuntivo per la riparazione n. 05PR/RN/gn/21 pari a € 820,00 oltre IVA (in atti);
7. Ritenuto necessario procede agli interventi necessari al perfetto ripristino funzionale del defibrillatore ZOLL serie M Bifase 200 Joule Max (matricola TG06G81631);

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni che qui si intendono completamente integrate:

- a. di autorizzare la Nicogen srl, con sede in Via G. Basile n. 30/32 – 00166 Roma, Partita IVA e Codice Fiscale 04438021000, all’effettuazione degli interventi necessari al perfetto ripristino funzionale del defibrillatore ZOLL serie M Bifase 200 Joule Max (matricola TG06G81631) al costo di € 820,00 oltre IVA per € 180,40 per complessivi € 1.000,40;
- b. di impegnare la somma di € 1.000,40 IVA compresa che grava il capitolo 02.04/01.01 del bilancio preventivo 2021.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto

Il Commissario Straordinario

Prof. Fabio Serini

Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell’impegno di spesa:

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio Preventivo
02.04/01.01	2000308	1.000,40	2021

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione.

Roma Lì, 25/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Fabio Serini